

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la Institución ESE. CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL

Dirección CALLE 3 # 1 - 24

Municipio

BUENAVISTA

Fecha de Elaboración 1/01/2025

Vigencia

2025

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico.

13,500,000

NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	GRUPO	SERVICIO (según registro en REPS)	UBICACIÓN	N° de inventario/ N° Activo fijo	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Referencia de actividades de mantenimiento según recomendaciones de fabricante	Actividades de Mantenimiento
									DD	MM	AAAA			
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	77710-71ML	901027	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERIA	ENFERMERIA	332	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, REVISION DE VOLTAJE, SALIDA, FUENTE A CABEZAS DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO, LIMPIEZA DE SENSORES ÓPTICOS, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERNOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE BOMBILLOS SEGÚN SEA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
BASCULA DIGITAL	BADECOL	TCS 200 RT	313006220093	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERIA	ENFERMERIA	302	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA, REALIZAR TEST DE ENCENDIDO, REVISION PANTALLA LCD Y DISPLAY, REVISION DE PLATON / BANDEJA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION JULIO 2025
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	PRESTIGE	GRIS	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERIA	ENFERMERIA	OO1	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
TENSIOMETRO DE ANEROIDES	LORD	NO REGISTRA	1169995	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERIA	ENFERMERIA	OO2	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA , REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL. CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	ALPK2	FUCSIA	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERIA	ENFERMERIA	OO3	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530028843	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ENFERMERIA	ENFERMERIA	319	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE MEDIDA CON PATRÓN, REVISION DE INTEGRIDAD CABLE AC, CONEXIÓN ELECTRICA, ADAPTADORA, REVISION DE PLATON / BANDEJA, REVISION DE TECLADO , JUSTES NECESARIOS, REVISION PANTALLA LCD Y DISPLAY Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
BASCULA DIGITAL	BADECOL	TCS 200 RT	3132006220006	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	304	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA, REALIZAR TEST DE ENCENDIDO, REVISION PANTALLA LCD Y DISPLAY, REVISION DE PLATON / BANDEJA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION JULIO 2025
FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	ALPK2	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	004	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
BASCULA PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	85530035032	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	318	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE MEDIDA CON PATRÓN, REVISION DE INTEGRIDAD CABLE AC, CONEXIÓN ELECTRICA, ADAPTADORA, REVISION DE PLATON / BANDEJA, REVISION DE TECLADO , JUSTES NECESARIOS, REVISION PANTALLA LCD Y DISPLAY Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
EQUIPO DE ORGANOS DE	WELCH ALLYN	77710-71ML	901027	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	329	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, REVISION DE VOLTAJE, SALIDA, FUENTE A CABEZAS DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO, LIMPIEZA DE SENSORES ÓPTICOS, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERNOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE BOMBILLOS SEGÚN SEA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	200116114885	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	308	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO, COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL. CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION ANUAL JULIO 2025

BASCULA DIGITAL	BADECOL	TCS 200 RT	3132OO6220150	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	303	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA, REALIZAR TEST DE ENCENDIDO, REVISION PANTALLA LCD Y DISPLAY, REVISION DE PLATON / BANDEJA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION JULIO 2025
EQUIPO DE ORGANOS DE	WELCH ALLYN	77710-71ML	901027	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	330	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, REVISION DE VOLTAJE, SALIDA, FUENTE A CABEZAS DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO, LIMPIEZA DE SENSORES ÓPTICOS, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERNOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE BOMBILLOS SEGÚN SEA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	20-100	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	309	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL. CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	ALPK2	AZUL	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	005	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
DOOPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21900500022	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	334	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , AJUSTE DE CABLES DE AMPLIFICADOR A CRISTAL ULTRASÓNICO, REVISION DE ALARMAS, REVISION DE AMPLIFICADOR, REVISION DE TRANSDUCTOR, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS, TARJETA ELECTRÓNICA, LIMPIEZA EXTERIOR Y PRUEBAS FINALES DE OPERACIÓN , PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
FONENDOSCOPIO ADULTO	3M	LITMAN CLASIC III	J20G671973	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTORIO MEDICO	327	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

EQUIPO DE ORGANOS DE	WELCH ALLYN	77710-71ML	901027	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	331	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, REVISION DE VOLTAJE, SALIDA, FUENTE A CABEZAS DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO, LIMPIEZA DE SENSORES ÓPTICOS, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERNOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE BOMBILLOS SEGÚN SEA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	7670-01	200406141045	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	307	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE PERA Y BRAZALLETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
DOPLER FETAL	HUNTLEIGH	DOPLEX	FD1PX0219086-07	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	260	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , AJUSTE DE CABLES DE AMPLIFICADOR A CRISTAL ULTRASÓNICO, REVISION DE ALARMAS, REVISION DE AMPLIFICADOR, REVISION DE TRANSDUCTOR, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS, TARJETA ELECTRÓNICA, LIMPIEZA EXTERIOR Y PRUEBAS FINALES DE OPERACIÓN . PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICRONEBULIZADOR	ROSCOE MEDICAL	RITE NEB4	DM2004010731	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	CONSULTA PRIORITARIA	305	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN ENTRADA DE CORRIENTE, ESTADO DE FILTRO, ESTADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE VÁLVULAS, INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS, REVISION DE BIELA, ANILLOS, FUELLE, VERIFICACION DE FUGAS EN MANGUERAS Y ACCOPIES, REVISION DE MANOMETROS DE PRESION DE VACIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, AJUSTES DE BOMBA DE PRESIÓN, LUBRICACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

UNIDAD ODONTOLÓGICA	JOIN CHOM	ZC9200A	36546	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	OO6	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA, REVISION DE PRESION DE AIRE DEL ALTA Y BAJA, REVISION DE JERINGA TRIPLE CON SUS BOTONERAS O PULSADORES, REVISION DE MANOMETRO DE AIRE A 35 PSI, REVISION DE VALVULA PILOTO, SONDEO DE CIRCUITO NEUMÁTICO, LIMPIEZA DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS, AJUSTES, INSPECCIÓN DE OPERACIÓN, REVISION DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA LÁMPARA, REVISION DEL FOCO DE LUZ, REVISION DEL REFLECTOR, REVISION DE MODULO Y POSIBLES FUGAS, REVISION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DEL TOPE, REVISION DE MOVIMIENTOS DE SILLA, REVISION DE POSIBLES FUGAS EN MANGUERAS EN LA CAJA DE ABASTOS, REVISION DE SWITCH, REVISION DEL EYEPTOR CON SU RESPECTIVA VALVULA, REVISION DE PEDAL, REVISION DE CONECTORES DE BORNER DE LAS PIEZAS DE MANO, REVISION DE REGISTROS DE AIRE Y AGUA, REVISION DE CABLEADO INTERNO DEL BRAZO DE LA LAMPARA, REVISION DEL DESAGÜE DE LA ESCUPIDERA Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN EN GENERAL. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR
LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	LED H	229363	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	335	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN INTENSIDAD, AJUSTE DE CIRCUITO ELECTRÓNICO, VERIFICACIÓN DE TIEMPO, LIMPIEZA GENERAL E INSPECCIÓN DE OPERACIÓN, CAMBIO DE BOMBILLO Y FIBRA ÓPTICA SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
ULTRASONICO	EIGHTEETH	ULTRAMINT	ES1F0601A018	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	O380	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN INTENSIDAD DE AGUA, VERIFICACIÓN CONDUCTOS DE AGUA, REVISION DE PEDAL, AJUSTE DE CIRCUITO ELECTRÓNICO, VERIFICACIÓN DE TIEMPO, REVISION DE CABLE DE ALIMENTACION, PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
PIEZA DE MANO	NSK	NO REGISTRA	AR69855	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	OO8	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE TURBINA, DESTAPE Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS, RECTIFICACIÓN DE CABEZA (SI ES NECESARIO), COMPROBACIÓN DE PRESIÓN DE TRABAJO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
PIEZA DE MANO	NSK	PA-M B2	CBC20092	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	OO9	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE TURBINA, DESTAPE Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS, RECTIFICACIÓN DE CABEZA (SI ES NECESARIO), COMPROBACIÓN DE PRESIÓN DE TRABAJO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX	OBJZ0002	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	343	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE TURBINA, DESTAPE Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS, RECTIFICACIÓN DE CABEZA (SI ES NECESARIO), COMPROBACIÓN DE PRESIÓN DE TRABAJO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

PUNTA RECTA	NSK	FX65	B2110224	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	341	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
CONTRAANGULO	NSK	FX23	A2146076	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	338	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
INCUBADORA DE CONTROL BIOLÓGICO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	OO10	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN DE TEMPORIZADOR, REVISIÓN DE TEMPERATURA, LIMPIEZA DE BIALES, AJUSTE DE CIRCUITO ELECTRÓNICO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	B2160463	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	337	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICROMOTOR	MTI	LYNXLS	CL9403012	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	OO11	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
PUNTA RECTA	NSK	NO REGISTRA	EBEZ2917	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	OO12	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	160 KL	1600009055	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	OO13	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVIZAR Y LUBRICAR SISTEMA MECANICO, VERIFICACIÓN DE MEDIDA CON PATRÓN, AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, AJUSTES NECESARIOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025

EQUIPO DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	05242	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	SALA IRA	OO14	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , INSPECCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, REVISION DE VOLTAJE, SALIDA, FUENTE A CABEZAS DE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO, LIMPIEZA DE SENSORES ÓPTICOS, LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERNOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE BOMBILLOS SEGÚN SEA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICRONEBULIZADOR	THOMAS	1210	101100000578	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	SALA IRA	235	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN ENTRADA DE CORRIENTE, ESTADO DE FILTRO, ESTADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE VÁLVULAS, INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS, REVISION DE BIELA, ANILLOS, FUELLE, VERIFICACION DE FUGAS EN MANGUERAS Y ACOPLÉS, REVISION DE MANOMETROS DE PRESION DE VACIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, AJUSTES DE BOMBA DE PRESIÓN, LUBRICACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICRONEBULIZADOR	THOMAS	1125	119900003651	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	SALA IRA	OO15	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN ENTRADA DE CORRIENTE, ESTADO DE FILTRO, ESTADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE VÁLVULAS, INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS, REVISION DE BIELA, ANILLOS, FUELLE, VERIFICACION DE FUGAS EN MANGUERAS Y ACOPLÉS, REVISION DE MANOMETROS DE PRESION DE VACIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, AJUSTES DE BOMBA DE PRESIÓN, LUBRICACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICRONEBULIZADOR	THOMAS	1125	110100002341	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	SALA IRA	OO16	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN ENTRADA DE CORRIENTE, ESTADO DE FILTRO, ESTADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE VÁLVULAS, INSPECCIÓN DE RODAMIENTOS, REVISION DE BIELA, ANILLOS, FUELLE, VERIFICACION DE FUGAS EN MANGUERAS Y ACOPLÉS, REVISION DE MANOMETROS DE PRESION DE VACIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, AJUSTES DE BOMBA DE PRESIÓN, LUBRICACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

CENTRIFUGA	INDULAB	C-04	16440	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	345	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE PERILLAS DEL PANEL FRONTAL, VERIFICACION DE TIMER, VERIFICACION DE CONTROL DE VELOCIDAD, REVISION DE FRENADO DEL MOTOR, VERIFICACION DE BALANCEO, VERIFICACIÓN DE ESCOBILLAS, AJUSTES DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICACIÓN DE RPM, INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TIMER, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, CAMBIO DE ESCOBILLAS SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
BAÑO SEROLOGICO	INDULAB	IT	15165	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0017	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE RESISTENCIA, Y BOTONES, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN TERMOSTATO, DISPLAY, LIMPIEZA DE CÁMARA, REVISION Y LIMPIEZA DE BANDEJAS, REVISION Y VERIFICACION TERMOSTATO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA	MINDRAY	BC-20S	TK19009905	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	344	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE, VERIFICACION DE RUEDA DE FILTROS, VERIFICACION DE BOMBA PERISTALTICA, VERIFICACION DE SISTEMA DE SUCCION , REVISION DE BOMBILLA, REVISION DE VOLTAJES, Y TEST POINT, VERIFICACION DE CELDA, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
ANALIZADOR DE QUIMICA	BYOSYSTEMS	BTS-350	801756958	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0018	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , REVISION DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, REVISION DE SISTEMA OPTICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE SUCCION, VERIFICACION DE PARTES, ACCESORIOS Y COMPONENTES, REVISION DE PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE, VERIFICACION DE RUEDA DE FILTROS, VERIFICACION DE BOMBA PERISTALTICA, REVISION DE BOMBILLA, REVISION DE VOLTAJES, Y TEST POINT, VERIFICACION DE CELDA, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
AGITADOR MAZZINI	LAB ROTADOR	DRS2100	830505120	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0019	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , AJUSTE DE BANDEJA, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, LUBRICACION Y REVISION DE MOTOR , REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS, AJUSTE Y LUBRICACION DE EJES Y ENGRANAJES , REVISION DE TEMPORIZADOR , LUBRICACIÓN, AJUSTE, VERIFICACIÓN DE RPM, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

MICROSCOPIO	BOECO	BM50	G2019071998	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO314		TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, CONDENSADOR, PRISMA, AJUSTE, LUBRICACIÓN, LIMPIEZA INTERIOR), CAMBIO DE BOMBILLO SI FUERA EL CASO, REVISION DE OBJETIVOS, OCLARES Y REVOLVER, AJUSTE DE DESPLAZAMIENTO X-Y, AJUSTE Y LUBRICACION DE TORNILLO MACROMETRICO Y MICROMETRICO, REVISION Y LIMPIEZA DE PLATINA, REVISION DE IRIS Y MONTAJE DE CONDENSADOR, AJUSTE Y LUBRICACION DE SISTEMA MECANICO, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICROCENTRIFUGA	INDULAB	CTI	4394	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO0020		TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE PERILLAS DEL PANEL FRONTAL, VERIFICACION DE TIMER, VERIFICACION DE CONTROL DE VELOCIDAD, REVISION DE FRENADO DEL MOTOR, VERIFICACION DE BALANCEO, VERIFICACIÓN DE ESCOBILLAS, AJUSTES DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICACIÓN DE RPM, INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TIMER, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, CAMBIO DE ESCOBILLAS SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
PIPETA AUTOMATICA 100-1000 UL	BOECO GERMANY	NO REGISTRA	QE413830	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO322		TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACION , DESARME Y DESTAPE CONDUCTOS, VERIFICACION DE EMBOLO, REVISION DE MANDO DE PIPETEADO, REVISION DE EXPULSOR, AJUSTE DE VOLUMEN, REVISION DE CONO DE ACOPLAMIENTO, VASTAGO , ENGRASE DE EMBOLO, LIMPIEZA GENERAL, Y AJUSTE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
PIPETA AUTOMATICA 10-100 UL	BOECO GERMANY	NO REGISTRA	QE414207	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO321		TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACION , DESARME Y DESTAPE CONDUCTOS, VERIFICACION DE EMBOLO, REVISION DE MANDO DE PIPETEADO, REVISION DE EXPULSOR, AJUSTE DE VOLUMEN, REVISION DE CONO DE ACOPLAMIENTO, VASTAGO , ENGRASE DE EMBOLO, LIMPIEZA GENERAL, Y AJUSTE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION ANUAL JULIO 2025

PIPETA AUTOMÁTICA 5-50 UL	BOECO GERMANY	NO REGISTRA	PQ217534	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	320	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACION , DESARME Y DESTAPE CONDUCTOS, VERIFICACION DE EMBOLO, REVISION DE MANDO DE PIPETEADO, REVISION DE EXPULSOR, AJUSTE DE VOLUMEN, REVISION DE CONO DE ACOPLAMIENTO, VASTAGO , ENGRASE DE EMBOLO, LIMPIEZA GENERAL, Y AJUSTE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
CONTADOR DE CELULAS	KRAMER	IMP001	1226	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	310	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , REVISION DE TECLADO Y VERIFICACION DE PULSADORES, Y CONTACTORES, REVISION DE CONECTOR, REVISION DE VOLTAJES Y LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
LAMPARA CUELLO DE CISNE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE CUEL	CITOLOGIAS	OO23	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONTACTOS EN BENJAMÍN, REVISION DE CUERPO Y BASE DEL EQUIPO, REVISION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, REVISION DE FLEXIBILIDAD DE CUELLO DE GANZO , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
LAMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	OO25	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONTACTOS EN BENJAMÍN, REVISION DE CUERPO Y BASE DEL EQUIPO, REVISION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, REVISION DE FLEXIBILIDAD DE CUELLO DE GANZO , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	315	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISION DE CUERPO Y BASE DEL EQUIPO, REVISION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, REVISION DE FLEXIBILIDAD DE CUELLO DE GANZO , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS300	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	316	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, REVISION DE CUERPO Y BASE DEL EQUIPO, REVISION DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, REVISION DE FLEXIBILIDAD DE CUELLO DE GANZO , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

MONITOR DE SIGNOS	PROMED	PM-12	M21710080029	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	317	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE ACCESORIOS, REVISION DE PARAMETROS, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN SPO2, ECG, NIBP, FC, VERIFICACIÓN DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, REVISION DE BATERIA, REVISION DE CABLE AC, REVISION DE PANEL FRONTAL, CALIBRACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
TENSIOMETRO DE ANEROIDES	ALPK2	NO REGISTRA	17052761	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	OO26	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
FONENDOSCOPIO ADULTO	DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	AZUL	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	OO27	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
SUCCIONADOR	CAMI	ASKIR 30	110600000439	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	204	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA DE VÁLVULAS CHEQUES, INSPECCIÓN DE MEMBRANA, BIELA, RODAMIENTOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN, CAMBIO DE ESCOBILLAS Y VASO SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	HUMELIFE	KI	200226011001175	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	OO28	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE3	360250-M22805720037	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	OO29	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, REVISION DE FILTROS Y AMPLITUD DE ONDA, REVISION DE PARAMETROS, LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TIEMPO Y BARRIDO DE ONDA, REVISION DE IMPRESIÓN EN AUTOMATICO Y MANUAL REVISION DE PALAS Y CHUPAS, PRUEBAS DE OPERACIÓN, VERIFICACIÓN DE ALARMAS E IMPRESIÓN, CAMBIO DE PALAS Y CHUPAS, BATERIA INTERNA SEGÚN SEA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

DESFIBRILADOR EXTERNO	MINDRAY	BEBEHEART C2	AE9-19001449	GRUPO CONSULTA EXTERNA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	313	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, COMPROBACIÓN DEL ESTADO Y CONEXIÓN DE PARCHES ELECTRODOS.COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOTEST , REVISIÓN SISTEMA DE APERTURA Y ALARMA, REVISION DE SEÑALES LUMINICAS Y ACÚSTICAS, REVISIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA CAMBIO DE BATERIA SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	603000	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	OO30	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE CONTACTO A MANGO Y BOMBILLO, REVISION DE HOJAS Y BOMBILLO, VERIFICACION DE FIBRA SI FUERA EL CASO, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES,
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	603000	NO REGISTRA	GRUPO CONSULTA EXTERNA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	OO31	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE CONTACTO A MANGO Y BOMBILLO, REVISION DE HOJAS Y BOMBILLO, VERIFICACION DE FIBRA SI FUERA EL CASO, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES,
BASCULA DE PISO	HEALTH O METER	160KL	1600008237	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	209	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , REVIZAR Y LUBRICAR SISTEMA MECANICO, VERIFICACIÓN DE MEDIDA CON PATRÓN, AJUSTE DE SISTEMA MECANICO, AJUSTES NECESARIOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
TENSIOMETRO DE ANEROIDES	ADC	NO REGISTRA	17186292	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	PRECONSULTA	OO33	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL. CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
OXIMETRO PORTATIL	HOMELIFE	NO REGISTRA	204214120101489	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	PRECONSULTA	OO35	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
FONENDOSCOPIO ADULTO	LITTMAN	CLASIC II	111N19221	GRUPO CONSULTA EXTERNA	MEDICINA GENERAL	PRECONSULTA	OO36	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALPK2	NO REGISTRA	648198	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	OO37	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL. CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
MONITOR DE SIGNOS	EDAN	IM50	360069-M24205360009	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	O388	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE ACCESORIOS, REVISION DE PARAMETROS, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN SPO2, ECG, NIBP, FC, VERIFICACIÓN DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, REVISION DE BATERIA, REVISION DE CABLE AC, REVISION DE PANEL FRONTAL, CALIBRACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MONITOR DE SIGNOS	UNICARE	F6	51OU6687758	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	O389	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE ACCESORIOS, REVISION DE PARAMETROS, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN SPO2, ECG, NIBP, FC, VERIFICACIÓN DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, REVISION DE BATERIA, REVISION DE CABLE AC, REVISION DE PANEL FRONTAL, CALIBRACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
TENSIOMETRO DE ANEROIDES	ALPK2	CE483	622087	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	OO38	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL. CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
SUCCIONADOR	THOMAS	MEDIPUMP 1615	4170008848	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	OO41	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA DE VÁLVULAS CHEQUES, INSPECCIÓN DE MEMBRANA, BIELA, RODAMIENTOS, PRUEBAS DE OPERACIÓN. CAMBIO DE ESCOBILLAS Y VASO SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
LARINGOSCOPIO	WELCH ALL YM	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	OO42	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE CONTACTO A MANGO Y BOMBILLO, REVISION DE HOJAS Y BOMBILLO, VERIFICACION DE FIBRA SI FUERA EL CASO, PRUEBAS DE OPERACIÓN. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES.

FONENDOSCOPIO ADULTO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	OO43	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	DOBLE SERVICIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO ATENCIÓN INMEDIATA	TRANSPORTE ASISTENCIAL BAS	AMBULANCIA	OO44	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE DIAFRAGMA, VERIFICACIÓN DE MEMBRANAS, CAMBIO DE MEMBRANA Y OLIVAS SI FUERA EL CASO, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
CONTRAANGULO	NSK	FX23	A2146077	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	DEPOSITO	339	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECCIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
PIEZA DE MANO	NSK	PANAMAX	OBL10140	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	DEPOSITO	342	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE TURBINA, DESTAPE Y LIMPIEZA DE CONDUCTOS, RECTIFICACIÓN DE CABEZA (SI ES NECESARIO), COMPROBACIÓN DE PRESIÓN DE TRABAJO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
DOOPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M21900500025	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	DEPOSITO	OO48	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE DE CABLES DE AMPLIFICADOR A CRISTAL ULTRASÓNICO, REVISION DE ALARMAS, REVISION DE AMPLIFICADOR, REVISION DE TRANSDUCTOR, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE CONTACTOS, TARJETA ELECTRÓNICA, LIMPIEZA EXTERIOR Y PRUEBAS FINALES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
PUNTA RECTA	NSK	FX65	B2110223	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	DEPOSITO	340	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECCIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
MICROMOTOR	NSK	FX205B2	B2170115	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	DEPOSITO	336	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LUBRICACIÓN DE PIÑONES, ENGRANAJES, LIMPIEZA DE CONDUCTOS, COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SUJECCIÓN DE CEPILLO DE PROFILAXIS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

TENSIOMETRO	GMD	CE0197	17052761	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, AJUSTE A 0, LIMPIEZA DE VALVULA DE PERA, REVISION DE FUGAS EN EL CIRCUITO; COMPARACIÓN DE MEDIDA CONTRA PATRÓN, LIMPIEZA GENERAL. CAMBIO DE PERA Y BRAZALETE SI FUERA EL CASO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES. CALIBRACION ANUAL JULIO 2025
OXIMETRO PEDIATRICO	HUMELIFE	K1	200226011001175	GRUPO CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS MENORES	PROCEDIMIENTOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
UNIDAD ODONTOLOGICA	SURTEK	FUTURA SEMIELECTRICA	382	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	382	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Recomendaciones fabricante y definidas por el prestador	LIMPIEZA GENERAL, DESTAPE DE CONDUCTOS DE AGUA TANQUE, SONDEO DE CIRCUITO NEUMÁTICO, LIMPIEZA DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS, AJUSTES, INSPECCIÓN DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DE MÓDULO, SILLA, ESCUPIDERA Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN EN GENERAL. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

Observaciones:

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DE MANTENIMIENTO