

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución ESE. CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL

Dirección CALLE 3 # 1 - 24 Municipio BUENAVIDA

Fecha de Elaboración 1/01/2025 Vigencia 2025

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos industriales de uso hospitalario. 17,800,000

NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	GRUPO	SERVICIO (según registro en REPS)	UBICACIÓN	N° de inventario/ N° Activo fijo	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Referencia de actividades de mantenimiento	Actividades de Mantenimiento
									DD	MM	AAAA			
COMPRESOR DE AIRE	SCHULZ	MSV-6	2600473	GRUPO CONSULTA EXTERNA	CUARTO DE MAQUINA	CUARTO DE MAQUINAS	0050	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	AJUSTE DE PRESIÓN, INSPECCIÓN DE ANILLOS, VÁLVULAS, CHEQUES, BLOQUE, RODAMIENTOS MOTOR, APERTURA DE LA VÁLVULA PARA DRENAR EL TANQUE, LAVADO DE FILTRO DE PISTÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK 144	20094471139	GRUPO CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	VACUNACION	0051	SEMESTRAL	03-07 11-15	02 08	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE TERMOSTATO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA DE CÁMARA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, REVISIÓN TERMOSTATOS Y TERMINALES DE RESISTENCIAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
CONGELADOR INDUSTRIAL DE PILAS	ELECTROLUX	EFCC20C3HQW - 200L	14505351	GRUPO CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	VACUNACION	370	SEMESTRAL	03-07 11-15	02 08	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE TERMOSTATO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA DE CÁMARA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, REVISIÓN TERMOSTATOS Y TERMINALES DE RESISTENCIAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
NEVERA PEQ.	ELECTROLUX	ERDW053MBMJ	41422265	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0052	SEMESTRAL	03-07 11-15	02 08	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE TERMOSTATO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA DE CÁMARA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, REVISIÓN TERMOSTATOS Y TERMINALES DE RESISTENCIAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL, GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

AUTOCLAVE	AUTOMAT	2400	O526	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ESTERILIZACION	ESTERILIZACION	OO53	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA (CHASIS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, PANEL DE CONTROL, EMPAQUE DE LA COMPUERTA, ETC.), EFECTUAR INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO (CABLE DE ALIMENTACIÓN, TOMACORRIENTE, COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS SOBRECALENTADOS, ETC.), INSPECCIÓN DE ESTADO DE TERMÓMETROS, INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS MANÓMETROS. VERIFICAR EL ESTADO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA. ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, VALIDACION Y RECALIFICACION JULIO 2025
REFRIGERADOR VERTICAL	INDUCOL	W-190BL1	WM210442-2	GRUPO CONSULTA EXTERNA	SERVICIO FARMACEUTICO	FARMACIA	OO54	SEMESTRAL	03-07 11-15	02 08	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE TERMOSTATO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA DE CÁMARA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, REVISIÓN TERMOSTATOS Y TERMINALES DE RESISTENCIAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
LAVADORA	LG	NO REGISTRA	NO REGISTRA	OTRO	LAVANDERIA	LAVANDERIA	OO55	SEMESTRAL	03-07 11-15	02 08	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	AJUSTES DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, VERIFICACIÓN DE RPM, INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TIMER, LIMPIEZA GENERAL DE CHASIS, JUNTAS Y PUERTAS, LIMPIEZA DE DOSIFICADOR DE DETERGENTES, Y PRUEBAS DE OPERACIÓN, REVISIÓN DE CAMARA, LUBRICACION DE PARTES MOVILES DEL MOTOR MECANISMOS DE TRANSMISION Y ARTICULACIONES, REVISIÓN DE SISTEMA DE BLOQUEOS DE PUERTAS, REVISIÓN DE RETENEDORES, AJUSTE, REVISIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO
PLANTA ELECTRICA	OLYMPIAN	GEP-1812	OLYO0000CPXM06889	OTRO	CUARTO DE MAQUINA	CUARTO DE MAQUINAS	OO58	SEMESTRAL	03-07 11-15	02 08	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DC, AJUSTE DE CONEXIONES DE RED AC 220 VOLTIOS, AJUSTE DE CONEXIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE, LUBRICACIÓN DE RED, REVISIÓN DE ACEITE Y FILTROS, REVISIÓN DE ABRAZADERAS DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN, REVISIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR, REVISIÓN DE UNIONES Y ACOPLES DEL CIRCUITO DE COMBUSTIBLE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES

NEVERA PARA REACTIVOS	SUPERNORDICO	230 LITROS - P4416	202028.01.22	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	301	SEMESTRAL	03-07 11-15	02 08	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE TERMOSTATO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA DE CÁMARA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, REVISIÓN TERMOSTATOS Y TERMINALES DE RESISTENCIAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
HORNO DE SECADO	NEW MILLE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	OO59	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	LIMPIEZA GENERAL EXTERNA (CHASIS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, PANEL DE CONTROL, EMPAQUE DE LA COMPUERTA, ETC.), EFECTUAR INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO (CABLE DE ALIMENTACIÓN, TOMACORRIENTE, COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS SOBRECALENTADOS, ETC.), INSPECCIÓN DE ESTADO DE TERMÓMETROS, INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS MANÓMETROS. VERIFICAR EL ESTADO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES
REFRIGERADOR HORIZONTAL	BMEDICAL SYSTEMS	TCW4000AC LI	4231699	GRUPO CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	VACUNACION		SEMESTRAL	01-30 01-31	01 07	2025	SCALPEL	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE TERMOSTATO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA DE CÁMARA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA, REVISIÓN TERMOSTATOS Y TERMINALES DE RESISTENCIAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, EQUIPO EN GARANTIA, MANTENIMIENTO EFECTUADO POR PROVEEDOR
AUTOCLAVE	AUTOMAT	3000	2945	GRUPO CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA GENERAL	ODONTOLOGIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	20-23 01-04 07-10 20-23	01 04 07 10	2025	GERENTE/SUPERVISOR CONTRATO	Protocolo definido por el prestador (cuando no esté definido por el fabricante)	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA (CHASIS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, PANEL DE CONTROL, EMPAQUE DE LA COMPUERTA, ETC.), EFECTUAR INSPECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO (CABLE DE ALIMENTACIÓN, TOMACORRIENTE, COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS SOBRECALENTADOS, ETC.), INSPECCIÓN DE ESTADO DE TERMÓMETROS, INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS MANÓMETROS. VERIFICAR EL ESTADO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL. GESTIÓN DOCUMENTAL: ANEXAR REPORTE A LA HOJA DE VIDA, ACTUALIZAR HISTÓRICO DE ACTIVIDADES, VALIDACION Y RECALIFICACION JULIO 2025

Observaciones:

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DE MANTENIMIENTO